

Zielona Góra, dnia 10/09/2021 r.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Zielonej Górze

INFORMACJA

Dotyczy: „Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze” - nr postępowania: ZP/4/2021.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. – dalej: ustawa PZP) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) oraz na podstawie art. 286 ust. 7 udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania urządzenie z zasilaniem 230V, które jest znacznie korzystniejsze niż 400V z uwagi na mniejsze obciążenie sieci w budynku Zamawiającego.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zasilanie 230V. W związku z powyższym zał. nr 5 do SWZ w zakresie 1 części zamówienia - kriokomora pkt 8 otrzymuje brzmienie: „Zasilanie – 400V lub 230V”

Jednocześnie Zamawiający w nawiązaniu do wyjaśnień - pytanie nr 4 z dnia 08.09.2021 r. wykreśla ze SWZ z pkt 16.3 ppkt 1) lit a) treść w zakresie CE 93/42/EEC i 2007/47/EC z ~~dyrektywą TUV~~ ~~NORD MDD 93/42/EEC, 93/42/EWG~~.

Powyższe stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.